広野町学校給食共同調理場　学校給食食材放射能測定結果9月測定分

令和8年9月分の学校給食に係る放射能測定結果について、下記のとおりお知らせいたします。
なお、測定は給食日の前日に行うことを基本としておりますが、一部納品日の都合により、前倒しまたは当日測定しております。

広野町教育委員会
（公印省略）

単位:Bq/Kg

測定日		No.	食材名	産地	納入業者	Cs-134 (検出限界濃度)	Cs-137 (検出限界濃度)	I-131 (検出限界濃度)	結果	備考
9月1日	火	1	きゅうり	福島県	(株)四倉屋	5.3	4.7	3.5	不検出	9月1日(火)給食食材
		2	レタス	長野県	(株)四倉屋	5.4	4.7	3.5	不検出	
		3	人参	北海道	(株)四倉屋	5.5	4.8	3.1	不検出	9月2日(水)給食食材
		4	大根	青森県	(株)四倉屋	5.2	4.7	3.1	不検出	
		5	小松菜	茨城県	(株)四倉屋	5.0	4.4	3.5	不検出	
		6	もやし	福島県	(株)四倉屋	5.1	4.2	3.2	不検出	
		7	なす	栃木県	(株)四倉屋	5.5	4.6	3.5	不検出	
9月3日	木	8	キャベツ	群馬県	(株)四倉屋	5.3	5.0	3.4	不検出	9月3日(木)給食食材
		9	豚肉	青森県	(株)四倉屋	5.1	4.4	3.1	不検出	9月4日(金)給食食材
		10	ごぼう	青森県	(株)四倉屋	5.7	5.2	3.7	不検出	
9月8日	火	11	にら	福島県	(株)四倉屋	5.8	5.4	3.8	不検出	9月8日(火)給食食材
		12	大根	青森県	(株)四倉屋	5.3	4.8	3.5	不検出	
		13	ピーマン	福島県	(株)四倉屋	6.2	5.0	4.0	不検出	
		14	鶏むね肉	岩手県	(株)四倉屋	5.0	4.4	3.1	不検出	9月9日(水)給食食材
		15	しめじ	茨城県	(株)四倉屋	5.4	4.5	3.5	不検出	
		16	たまご	福島県	(株)四倉屋	5.1	4.4	3.0	不検出	
9月9日	水	17	きゅうり	福島県	(株)四倉屋	5.1	4.8	3.5	不検出	
		18	もやし	福島県	(株)四倉屋	5.3	4.9	3.5	不検出	
		19	鶏レバー	青森県	(株)四倉屋	5.4	4.9	3.7	不検出	
		20	人参	北海道	(株)四倉屋	5.3	4.9	3.4	不検出	9月10日(木)給食食材
		21	キャベツ	群馬県	(株)四倉屋	5.1	4.6	3.3	不検出	
9月10日	木	22	なす	栃木県	(株)四倉屋	5.3	4.8	3.6	不検出	9月11日(金)給食食材
9月14日	月	23	人参	北海道	(株)四倉屋	5.5	5.0	3.4	不検出	9月14日(月)給食食材
		24	エリンギ	新潟県	(株)四倉屋	5.5	4.8	3.4	不検出	
		25	大根	青森県	(株)四倉屋	5.4	4.9	3.4	不検出	9月15日(火)給食食材
		26	ごぼう	群馬県	(株)四倉屋	5.1	4.9	3.3	不検出	
9月15日	火	27	鶏むね肉	岩手県	(株)四倉屋	4.9	4.0	2.9	不検出	9月16日(水)給食食材
9月16日	水	28	鶏もも肉	青森県	(株)四倉屋	5.2	4.4	2.9	不検出	9月17日(木)給食食材
9月17日	木	29	たまご	福島県	(株)四倉屋	5.0	4.5	3.2	不検出	9月18日(金)給食食材
9月24日	木	30	キャベツ	群馬県	(株)四倉屋	5.2	4.9	3.2	不検出	9月24日(木)給食食材
		31	大根	青森県	(株)四倉屋	5.1	4.6	3.2	不検出	
		32	きゅうり	福島県	(株)四倉屋	5.2	4.7	3.2	不検出	
		33	しめじ	茨城県	(株)四倉屋	5.1	4.4	3.2	不検出	9月25日(金)給食食材
		34	鶏むね肉	岩手県	(株)四倉屋	4.8	4.4	3.1	不検出	
9月28日	月	35	みょうが	福島県	(株)四倉屋	4.9	4.4	3.3	不検出	9月28日(月)給食食材
		36	たまご	福島県	(株)四倉屋	5.1	4.3	3.1	不検出	
		37	なす	栃木県	(株)四倉屋	5.2	4.8	3.5	不検出	
		38	きゅうり	福島県	(株)四倉屋	5.2	4.7	3.2	不検出	
		39	人参	北海道	(株)四倉屋	5.5	4.9	3.2	不検出	9月29日(火)給食食材
		40	トマト	福島県	(株)四倉屋	5.2	4.5	3.2	不検出	
9月29日	火	41	鶏むね肉	岩手県	(株)四倉屋	4.8	4.3	3.1	不検出	9月30日(水)給食食材
9月30日	水	42	長ねぎ	広野町	**二ツ沼直売所**	5.5	4.6	3.6	不検出	10月1日(木)給食食材
		43	じゃがいも	広野町	**二ツ沼直売所**	5.8	5.2	3.7	不検出	
		44	もやし	福島県	(株)四倉屋	5.0	4.3	2.9	不検出	
		45	小松菜	福島県	(株)四倉屋	5.6	5.0	3.6	不検出	

（厚生労働省が定める一般食品摂取基準値:100Bq/kg）

※食材使用基準:当該測定機器による測定値が10Bq/kg以下の食材のみを使用食材として採用。

※測定方法:NaI(TI)によるγ線スペクトロメトリー検出法

※測定機器:RAD IQ FS300 (NUCARE MEDICAL SYSTEMS)